

微型光纤光谱仪

[S5000-UV-NIR]



S5000-UV-NIR 是一款 Czerny-Turner 结构的微型光谱仪，该光谱仪广泛应用于多种行业及领域。该产品还配备了我司自主研发的软件和软件开发包，便于用户使用及二次开发。

» 特性

- 波长范围：190nm ~ 1100nm
- 紫外增强
- 软件开发包支持 Windows / Embedded system / Linux / Android 系统
- 支持 RS232 串口通信协议
- 高灵敏度

» 应用

- 透射率和反射率测量
- 吸光度 / 浓度测量 / 化学分析
- dsDNA / 蛋白质 / 生物研究
- 紫外-可见 光源测量

» 产品参数

项目	值	单位
尺寸	115 mm(L) x 80 mm (W) x 40 mm (H)	mm
重量	500g	g
光纤接口	SMA905	-
狭缝	5/10/20/25/30 (默认) / 50/100/150/200um	um
光栅	600@250nm	线对数/mm
探测器 (CCD)	CMOS 线性传感器 (紫外增强)	-
像素总数	2048	像素
A/D 分辨率	16 bit	-
USB 接口	USB2.0	-
通讯接口	USB RS232 (加配) / LAN (加配)	-
软件	Spectra + SpectraPro	-
软件开发包 (SDK)	支持 Windows / Embedded System / Linux / Android	-

» 电源&温度 额定参数

项目	最小值	典型值	最大值	单位
供电电源 (USB Bus Power)	4.5V	5V	+6.0V	V
外部电源(Optional)	4.5V	5V	+6.0V	V
环境温度	-10°C	25°C	60°C	°C
存储温度	-20°C	25°C	70°C	°C

» **光电特性 (推荐温度 25°C)**

项目	最小值	典型值	最大值	单位
功耗	-	150mA@5V	170mA@5V	mA
波长范围	-	190nm ~ 1100nm	-	nm
波长精度	±0.20	±0.50nm	±0.60	nm
波长重复性	±0.40	±0.43nm	±0.50	nm
波长分辨率 (相邻像素波长值之差)	0.40	0.43nm	0.50	nm
光学分辨率 (FWHM)	1.00	1.50nm	2.00	nm
波长热稳定性	-	0.05	-	nm/°C
杂散光	0.05	0.20%	0.40	%
修正线性度	99.0	99.8%	-	-
数值孔径	-	0.22	-	-
信噪比 (SNR)	-	1200:1	-	-
积分时间	-	0.05ms to 30000ms	-	ms

» **外形尺寸图 (单位:mm, 公差:±0.5)**

